

2020年4月吉日

お客様 各位



「トゥエンティワン レサシテータ」の材質と色の変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

弊社商品「トゥエンティワン レサシテータ」のマスクフレーム及び酸素リザーバーの材質と小児・新生児用 PEEP バルブの色を変更させていただきますので、下記のとおりご案内申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品名、品番

- ・製品名 : トゥエンティワン レサシテータ
- ・品番

| 品番 | サイズ |
|---------------|-----------------|
| E-60121 | 成人用 |
| E-60122 | 小児用 |
| E-60123-0 | 新生児用 |
| D-60121/P20 | 成人用 PEEP バルブ付き |
| F-60122/P10 | 小児用 PEEP バルブ付き |
| F-60122-1/P10 | 小児用 PEEP バルブ付き |
| F-60123-0/P10 | 新生児用 PEEP バルブ付き |

2. 変更実施時期 : 2020年2月製造分より


3. 変更の詳細

- ◆ マスクフレームの材質 : ポリ塩化ビニル ⇒ ポリカーボネートへ変更
変更理由 : マスクフレームの強度アップ
- ◆ 酸素リザーバーの材質 : ポリエチレン ⇒ ポリ塩化ビニルへ変更
変更理由 : 酸素リザーバーの強度アップ

- ◆ 小児・新生児用 PEEP バルブの色 : オレンジ色 ⇒ 青色へ変更
 変更理由 : 成人用 PEEP バルブ (オレンジ色) との識別のため。成人用と小児・新生児用の両方をご使用いただいている施設様は、PEEP バルブの色で容易に識別できるようになります。(※成人用は今まで通りオレンジ色)
 (成人用 PEEP バルブ : 5~20 cm H₂O 、小児・新生児用 PEEP バルブ : 2~10 cm H₂O)



既存品
色 : オレンジ色



変更品
色 : 青色

4. 変更品のファースト・ロット番号

| 品番 | サイズ | ロット番号 | 出荷予定月 |
|---------------|-----------------|-------------|-------|
| E-60121 | 成人用 | 20191223030 | 6 月頃 |
| E-60122 | 小児用 | 20200110018 | 6 月頃 |
| E-60123-0 | 新生児用 | 20200110019 | 7 月頃 |
| D-60121/P20 | 成人用 PEEP バルブ付き | 20191223029 | 7 月頃 |
| F-60122/P10 | 小児用 PEEP バルブ付き | 20191223031 | 10 月頃 |
| F-60122-1/P10 | 小児用 PEEP バルブ付き | 未定 | 未定 |
| F-60123-0/P10 | 新生児用 PEEP バルブ付き | 20200110020 | 10 月頃 |

現在の在庫がなくなり次第の出荷となりますので、品番によって出荷時期が異なります。記載しております出荷予定月は、変動しますのでご了承ください。

その他ご不明な点につきましては、弊社営業部員までお問い合わせください。

今後とも、弊社製品をご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

以上